MEDNIEMI OY -VASTAANOTON RISKIKARTOITUS 2026

MEDNIEMI

1. Palovammat

Lähde	Varotoimenpide
Liekinheitin	Toimintasuuntaus välimatkan pito jatkuva katsekontakti
Desinfioiva tiskikone	Ei avata luukkua kokonaan heti, odotetaan kunnes
Autoklaavi	jäähtyy, höyry on todella kuumaa Työskentelytapa, pyri seisomaan sivussa, varotaan kuumaa luukkua Oma kantokahva kuumille tarjottimille
Vetyperoksidi 6-35%	Suojalasit 15-45 min silmähuuhde, jos osuu silmiin Maski Suojakäsineet
Fosfaattihappo 37%	Suojalasit – 15-45 min silmähuuhde, jos osuu silmiin Maski Suojakäsineet
Fluorivetyhappo 4%	Suojalasit – 15-45 min silmähuuhde, jos osuu silmiin Maski Suojakäsineet

2. Diodilaserin käyttö

Lähde	Varotoimenpide
Siro Laser Advance	Suojalasit potilas, hoitaja, hammaslääkäri ei matkapuhelimia huoneessa 1,5m varoetäisyys ei sisäänkäyntiä laserin käytön aikana

3. Välinehuolto

Lähde	Varotoimenpide
Autoklaavin paineoven lukituksen pettäminen	Älä seiso autoklaavin edessä turhaan

7. Uhkatilanne

Lähde	Varotoimenpide
Potilas-verbaalinen päälle käyminen	Keskustele itsesi ja tilanteesta Pyydä kääntymään toimitusjohtajan puoleen Pakene Hälytänä/ huuda Varauloskäynti Soita apua
Potilas-Fyysinen päälle käyminen	Pakene Hälytänä/ huuda Varauloskäynti Soita apua/ hakeudu muitten seuraan

17.8.2026