- **VÄLINEHUOLTO EI OLE INSTRUMENTTIEN SÄILYTYSVARASTO, PÖYTÄPINTOJEN TULEE OLLA HELPOSTI PYYHITTÄVIÄ = MAHDOLLISIMMAN TYHJIÄ.**

B. Viikottainen

- Autoklaavin vuototesti; ma/ti aamuna kylmä autoklaavi käynnistetään vuototesti ohjelmalla (=vacum test), kone näyttää ok, kun vuotoarvo ok. Tämä ja pvm kirjataan ilmoitustaulun taulukkoon.
- Autoklaavin toimintatesti Helix tiistaisin instrumenttien joukossa lämpimään autoklaaviin. Testiliuskan tulee vaihtaa väri keltaisesta mustaan joka ohjelmalla. Liimataan testitulos ilmoitustaulun taulukkoon ja merkitään pvm.
- Desinfektorin pesutesti tehdään viikottain P3 ohjelmalla, ti aamuisin, yläkorin sivupintaan. Tulos ja pvm kirjataan ilmoitustaulun taulukkoon. Hyväksytty pesutulos on kirkas liuska.
  HUOM! Täytyneet taulukot dokumentoidaan laadunvalvonta mappiimme ja skannataan!
- Kulmakappaleiden (turbiinit ja mikromoottorit) poraistukka (=kasvot) öljytään viikottain 1x/ vko ja autoklavoidaan valuttamisen jälkeen.
- UÄ laitteet tyhjennetään, pyyhitään Oxylla ja kuivataan viikottain.

C. Kuukausittainen

- Röntgen laadunvalvonta 3D ja 2D testikuvat omilla testikappaleilla Orthophos SL, dokumentti mappiin hyväksytystä testistä, skannataan.

D. 1-4 kertaa/ vuosi

- Eurondan autoklaavi pyytää huoltoa =1/3000 sykliä. Melagin autoklaavi pyytää huoltoa n. 1/1000 sykliä.
- Teemme KaikoMedin itiötestit vuosittain: 3 ampullia/ ohjelma; pakkaamaton ja pakattu ohjelma =3+3 ampullia ja testiampulli. Viljelypalvelu ja dokumentointi on KaikoMedissä.
- 2 kertaa vuodessa röntgen intraoraalikuvien kuvalukijoiden laadunvalvonta; testikuvaus, Sidexis4 Tauno Testipotilas.

5. Päivän lopetus:

A. Jokapäiväinen

1. Kaikki potilaskohtaiset instrumentit, imuholkit ja puustin kuori välittömästi desinfektoriin ja huuhteluohjelma P1 (27 min) päälle.
2. Kaikki pieninstrumentisto kaappien päältä kaapistoon, pintadesinfioiden Easydes
3. Kaikki pinnat pyyhitään detergentilla, Tolu, päivittäin vaihtoon mikrokuituliina. **Kaikki spray pullot nyt pois käytöstä!**
4. Orbi-sept SSD cleaner imudesinfiointi ja puhdistusaine nyt käytössä
5. Imun piensihtejä ei tyhjennetä: Covid-19!
6. Potilastuoli pyyhitään isolla loppusiivousliinalla ja vedellä/ chifonetilla ja Tolulla.
7. Päävesisulut (2 kpl) suljetaan.
8. Sulaketauluista käännetään pikasulakkeista suurin osa pois, **serverillä, koneellisella ilmanvaihdolla, ilmalämpöpumpuilla ja huoneen 1 koneella oltava virta**. Suljetaan imumoottori. **Kaikki käyvät koneet on sammutettava ennen virrankatkaisua!** Ilmalämpöpumppuja tai huippuimuria ei jätetä viilentämään loma-aikana. Muista jättää kompressorille virta kun on pakkasta (2 kytkintä); pakkasvahti patterilla silloin virta.
9. Välinehuoltoon tai huoneeseen ei saa jättää likaisia instrumentteja. N. 1,5-2 t ennen päivän päätöstä kaikki likaiset instrumentit välinehuoltoon ja koneet käyntiin, jotta