MedNiemi Oy - VASTAANOTON HYGIENIA SUUNNITELMA 2026

1. **Työvaatteiden vaihto ja käsihygienia:**
   - Ennen hoitohuoneeseen tulemista työvaatteet päälle ja ensimmäiseksi käsien pesu.
   - Käsienpesu: saippuointi+vesi, kuivaus, käsidesinfiointi käsihuuhde hierotaan käsiin (30-40 sek, 3-5 ml), annetaan käsien kuivua.
   - Pintojen pyyhintään laitetaan kertakäyttöiset hanskat käteen.
   - Potilastyöskentelyssä potilaskohtaiset hanskat.
   - Hanskojen riisumisen jälkeen laitetaan käsidesinfiointiaine uudelleen käsiin.
   - Likaisten toimenpiteiden jälkeen saippuoidaan ja desinfioidaan kädet uudelleen.
   - Käsidesi aina ennen tietokoneelle siirtymistä, tietokonetyöskentelyssä ei hanskoja.

2. **Vastaanoton ja huoneen avaus:**
   - Sulaketauluista laitetaan kaikki paitsi merkityt virrat päälle, myös kompressorin painettavat virtakytkimet.
   - Avataan vesisulut; päävesisulku 2 kpl (lämmin ja kylmä vesi) potilas-WC:ssä. (Tulee tietää: vastaanottohuoneissa on lavuaarin alla huonekohtaiset hanat – **vettä ei suljeta näistä, muutoin kuin hätätapauksessa**).
   - Märkäimuri päälle odotushuoneen äänieristetystä kaapista.
   - Odotushuoneen kaapin huippuimuria pidetään päällä aina kun märkäimuri toiminnassa. HUOM! Kun ulkona pakkasta ja vastaanotolla ei toimintaa on huippuimurin oltava minimissä. Kaapissa on myös: Huoneistomme oma koneellinen ilmanvaihto: säädetään lämpötila ja puhallusvoimakkuus; nyt 3 ja 18 C.
   - Desinfektori Scican Hydrim M2 G4 päälle ohjelmalla P2, autoklaavi päälle pakattu/ pakkaamaton ohjelma.
   - Ilmalämpöpumppuja vältetään sulkemasta – lauhdutus putket ei jäädy kun laitteet ovat koko ajan päällä. Suljetaan vain loma-aikaan, omista kaukosäätimistään.
   - Luetaan lääkejääkaapin lämpötila ja merkitään se jääkaapin seurantalistalle välinehuollon seinälle.
   - Covid-19 sääntömuutos: imusihtejä ei tyhjennetä päivän päätteeksi vaan aamulla huoneen avauksen yhteydessä. Huoneessa 1 vaihdetaan tehoimusihdin paikalle pikkuimun sihti viikottain ja pikkuimu sihdin paikalle uusi. Huoneessa 2 silmämääräisesti, kun lika ei irtoa huuhtelemalla.
   - Pestään kädet saippuapesulla ja käsidesi käsiin. Kaikki doriovarret aktivoidaan ja asetetaan huuhtelutelineeseen, tyhjäkäytetään ohjelmalla flue 10 min, puhtaat imujen välikappaleet ja holkit paikoilleen.
   - Vedetään imuihin 2 l vettä
   - Pyyhitään kaikki pinnat potilasvaihto nesteillä Easydes pintadesinfiointiaineilla puhtausjärjestyksessä, hanskat käsissä. Hanskat roskikseen, käsidesi käsiin ja puhtain paljain käsin katetaan puhtaat instrumentit.
   - Valokovettajien lataus/ valoteho mitataan joka aamu. Oltava >1200mw/ cm². Lataukseen yön yli kun arvo ≤ 1200 mw/ cm².
   - Huoneissa ei voi koskaan olla potilastyöskentelyn aikana avonaisia hanskapaketteja, suojaamattomia vanurullia/ pyyhintälappuja/ tms. pisaratartunnan takia. Jos jotain auki/ esillä tulee sen olla potilaskohtaista.
   - **Potilaishuoneiden hoitajien vastuulle kuuluu:** pyytää tarvittaessa apua välinehuoltoon, pitää huoneiden 1 ja 2 instrumentit erossa toisistaan, täyttää päivän mittaan materiaalit ja instrumentit huoneeseen/ huoneisiin, merkitä loppuva materiaali tarviketilauslistaan ja huolehtia otettujen jäljennösten pakkauksesta ja talosta lähdöstä.