Protetiikka – jäljentäen; yhä vähemmän!



- Kun tehdään väliaikaisia suojia tai kun hiontarajoja ei saada pysymään kuivina, käytetään vanhaa jäljennösmassa tekniikkaa
  - Jäljennöslusikka
  - Alginaatti/ silikoni

190

NSK kirurginen yksikkö

MEDNIEMI




- Pöytäkone kaapista
- Käytetään implanttikirurgiassa

191

Anthos L9 Unitti - kirurgia NaCl

MEDNIEMI



- Pienemmissä kirurgisissa toimenpiteissä
- Kaapista NaCl pidikekeppi
- NaCl letkupumppu on unitissa kiinni

192

Implanttiprotetiikka
– on helpompaa kuin hampaan preparointi ja skannaus

MEDNIEMI

Meillä on käytössä pääasiassa ruuvikiinnitteinen Astra EV

- Implantti koot:
  - ¤4,8mm = sininen
  - ¤4,2mm = keltainen
  - ¤3,6mm = liila
- Kaikki osat on värikoodattu: implantti, paranemisruuvi, jäljennin, skannausjatke, impalnttikruunun kiinnitysruuvi
- Implantin päällä on paranemis-/ peittoruuvi:
  - Supragingivaalisia = näkyvissä, ikenen yläpuolella
  - Subgingivaalisia = peitossa, ikenen alla
- Skannausjatke = millä implanttikruunu tilataan, skannausjatke ruuvataan implanttiin ja skannataan
  - Astran omia, pyöreä pallopää, fasetilla: P4, P3, P2
  - Elysee toimittanut harmaita DESS skannausjatkeita – näillä ei saa tilattua Atlantis alkuperäisjatketta
  - Monessa lukee 4,8/ 4,2/ 3,6



193


Mitä implanttiprotetiikassa tapahtuu?

MEDNIEMI

- auta valmistautumalla: oikeat osat varmasti talossa, käyttövalmiina

– Tilataan implantin päälle tuleva pysyvä rakenne:

- kiinteä, ruuvikiinnitteinen kruunu tai silta/ kiinteä, sementoitava kruunu tai silta
- irroitettava peittoproteesi ja locator




194

Mitä implanttiprotetiikassa tapahtuu?

MEDNIEMI


- auta valmistautumalla: oikeat osat varmasti talossa, käyttövalmiina

Locator = implanttikantoinen peittoproteesi ja sen istuvuuden säätely



195

Instruments



196

5 päivän koulutussisältö:

MEDNIEMI

PÄIVÄ KOLME

- Kliininen potilastyö


Kliininen potilastyö

- Hoitokokonaisuudet - ibgfikka
- Esivalmistele: katso seuraava päivä/päivän päätteeksi: tulosta lista
- Hoitoon tulosy merkitään ajanvaraukseen, jotta siihen varaudutaan
- Suunnittele välinehuollon tarve ja ajoitus
  - Miltön hilakin, täne pabité/ tätee olla valmis

197

Kulmakappaleet, poria, porateline

MEDNIEMI



198